

POZOR, důležité, nepřehlédněte.

Oznámení o vyloučení povinnosti k náhradě újmy v souvislosti s přístrojem CryoPen 0+.

Doplnění uživatelské příručky pro CryoPen 0+.

Společnost Cymedica CZ, a.s., IČ: 274 19 941, a Cymedica, spol. s r.o., IČO: 616 82 535, se sídlem Hořovice, Pod Nádražím 308/24, PSČ 26801, Česká republika oznamuje, že vůči všem osobám vylučuje povinnost k náhradě jakékoliv újmy, která může komukoliv vzniknout v souvislosti s přístrojem/přístroji CryoPen 0+ a souvisejícím spotřebním materiálem, součástmi a příslušenstvím, jak je blíže specifikováno na straně 5 uživatelské příručky pro CryoPen 0+ (dále jen „CryoPen 0+“), pokud:

- nebylo dbáno jakéhokoli upozornění v části „Důležitá upozornění“ na straně 7 uživatelské příručky pro CryoPen 0+;
- došlo k použití přístroje CryoPen 0+ v rozporu s tím, co je uvedeno v části „Kontraindikace“ na straně 7 uživatelské příručky pro CryoPen 0+;
- došlo k jakémukoli vedlejšímu účinku popsanému v části „Redukujte možné vedlejší účinky“ na straně 7 a 8 uživatelské příručky pro CryoPen 0+;

- došlo k použití přístroje CryoPen 0+ v rozporu s pokyny uvedenými pod body 1 až 3 na straně 8 uživatelské příručky CryoPen 0+;
- došlo k projevům uvedeným v části „Další vedlejší účinky“ na straně 8 uživatelské příručky CryoPen 0+;
- došlo k použití přístroje CryoPen 0+ v rozporu s tím, co je uvedeno v části „Uživatelská příručka“ na straně 9 až 12 uživatelské příručky pro CryoPen 0+, zejména pokud došlo k nadměrnému zmrazování nad doporučenou úroveň nebo po nadměrně dlouhou dobu;
- došlo k použití přístroje CryoPen 0+ bez použití ochranných brýlí po celou dobu použití přístroje CryoPen 0+.

Důležité upozornění:

Tímto se uživatelská příručka pro CryoPen 0+ doplňuje tak, **že osoba, která přístroj CryoPen 0+ používá, musí mít po celou dobu jeho použití NAsAZENY OCHRANNÉ BRÝLE.**



**Přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku pro
CryoPen 0+ a tento dokument.**

Dne 2. 2. 2026

Cymedica

POZOR, dôležité, neprehliadnite.

Oznámenie o vylúčení povinnosti k náhrade ujmy v súvislosti s prístrojom CryoPen 0+.

Doplnenie užívateľskej príručky pre CryoPen 0+.

Spoločnosť CYMEDICA SK, s.r.o. IČO 36031780, so sídlom Zvolen, Družstevná 1415/8, 96001, Slovenská republika, a Cymedica, spol. s r.o., IČO: 616 82 535, se sídlom Hořovice, Pod Nádražím 308/24, PSČ 26801, Česká republika, týmto oznamujú, že voči všetkým osobám vylučuje povinnosť k náhrade akejkoľvek ujmy, ktorá môže komukoľvek vzniknúť v súvislosti s prístrojom/ prístrojmi CryoPen 0+ a súvisiacim spotrebným materiálom, súčasťami a príslušenstvom, ako je bližšie špecifikované na strane 5 užívateľskej príručky pre CryoPen 0+ (ďalej len „CryoPen 0+“), ak:

- nebolo dbané akéhokoľvek upozornenia v časti „Dôležité upozornenia“ na strane 7 užívateľskej príručky pre CryoPen 0+;
- došlo k použitiu prístroja CryoPen 0+ v rozpore s tým, čo je uvedené v časti „Kontraindikácie“ na strane 7 užívateľskej príručky pre CryoPen 0+;
- došlo k akémukoľvek vedľajšiemu účinku popísanom v časti „Redukujte možné vedľajšie účinky“ na strane 7 a 8 užívateľskej príručky pre CryoPen 0+;

- došlo k použitiu prístroja CryoPen 0+ v rozpore s pokynmi uvedenými v bodoch 1 až 3 na strane 8 užívateľskej príručky CryoPen 0+;
- došlo k prejavom uvedeným v časti „Ďalšie vedľajšie účinky“ na strane 8 užívateľskej príručky CryoPen 0+;
- došlo k použitiu prístroja CryoPen 0+ v rozpore s tým, čo je uvedené v časti „Užívateľská príručka“ na strane 9 až 12 užívateľskej príručky pre CryoPen 0+, najmä ak došlo k nadmernému zmrazeniu nad odporúčanú úroveň alebo po nadmerne dlhý čas;
- došlo k použitiu prístroja CryoPen 0+ bez použitia ochranných okuliarov po celý čas použitia prístroja CryoPen 0+;

Dôležité upozornenie:

Týmto sa užívateľská príručka pre CryoPen 0+ dopĺňa tak, **že osoba, ktorá prístroj CryoPen 0+ používa, musí mať počas celej doby jeho použitia NASADENÉ OCHRANNÉ OKULIARE.**



**Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku pre
CryoPen 0+ a tento dokument**

Dňa 2. 2. 2026

Cymedica